

## Odpowiedzi na zapytania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 39 części.**

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

### 1. Dotyczy wzoru umowy, § 3 – część 29.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.” Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

### Załącznik nr 30 :

**-poz. nr 59:** Proszę o określenie jakiego rodzaju mają być te filtry (podany jest tylko rozmiar)?

**Odp.** Zamawiający oczekuje filtry strzykawkowe do sterylizacji 0,2 um, 13 mm, membrana z PS.

**-poz. nr 87:** Proszę o określenie z jakiego tworzywa mają być te kapsułki (PP lub PE )?

**Odp.** Zamawiający oczekuje kapsułek z PE

**-poz. 51:** Proszę o określenie jaka średnica filtra ?(zamawiający podał tylko średnicę porów).

**Odp.** Zamawiający oczekuje: Filtry strzykawkowe, PVDF, sterylne, średnica porów 0,22 mikrometra, średnica zewnętrzna 33 mm, pakowane pojedynczo, op. zbiorcze 50 sztuk, Filtry do filtracji podłoż hodowlanych do hodowli in vitro oraz innych roztworów wodnych.

**- poz. 74 i 75:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie folii o szerokości 50 cm przy pozostawieniu pozostałych parametrów? (Producent wycofał z produkcji folię o tej grubości i szerokości 45 cm)

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

**- poz . 271:** Proszę o doprecyzowanie jakie to mają być naczynia:

Producent oraz numer katalogowy ?

**Odp.** Zamawiający oczekuje naczynia do mineralizatora MARSExpress pojemność 55 ml, materiał PTFE

**-poz. 280:** Proszę o podanie więcej szczegółów opisujących palnik lub podanie nr katalogowego?

**Odp.** Zamawiający oczekuje palnik plazmowy do ICP-MS Varian MS-820, kwarcowy, typ VA

**-poz. 522:** Proszę o podanie więcej szczegółów opisujących stożek bądź podanie numeru katalogowego?

**Odp.** Zamawiający oczekuje stożek do ICP-MS Varian MS-820, typ sampler , część robocza nikiel, bez CRI

**-poz. 592:** Prosimy o podanie średnicy wewnętrznej wężyka , kolorów zaczepeków bądź numeru katalogowego?

**Odp.** Zamawiający oczekuje wężyki pompy perystaltycznej urządzenia SIPS do aparatu Varian SpektrAA 280 FS: kolor beżowy, zaczepy pomarańczowe

**Poz. 78.:** W specyfikacji foli PCR dostępnych na rynku nie jest napisane, że są to folie autoklawowalne.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza folię nie autoklawowalną

**Poz. 94:** Czy zamawiający zaakceptowałby kasetki o wym. **40x28x12mm** – 1 opakowanie 750szt w zamian za 7opakowań po 100szt.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

**Poz. 24.:** Roztwór do Urządzenia SSM-5000A – (producent Shimadzu) – jedyny przedstawiciel firma Shimpol nie potrafi określić o jaki roztwór chodzi zamawiającemu?

**Odp.** Zamawiający oczekuje wodę dejonizowaną (odmineralizowana o wartościach max. 0,2 mS/m).

**Poz. 27.:** Jakie będzie zastosowanie elektrody? Ma być przeznaczona do emulsji, wina, mięsa, inne? (Są różne elektrody z końcówką BNC.)

**Odp.** Zamawiający oczekuje elektrody do zawiesin i r-r wodnych

**Poz. 272.** Czy zapytanie dotyczy naczynek wagowych czy łożeczek wagowych z PP??

**Odp.** Zamawiający oczekuje naczynek wagowych z polistyrenu

**Poz. 56.** Czy zamawiającemu chodzi o membranę z regenerowanej celulozy czy estrów celulozy?

**Odp.** Zamawiający oczekuje membrany z estrów celulozy

**Poz. 59-** Jaka membrana filtrów?

**Odp.** Zamawiający oczekuje filtry strzykawkowe do sterylizacji 0,2 um, 13 mm, membrana z PS.

### Załącznik 31

**- poz. 257,258,259:** Proszę o określenie wysokości zlewek(niskie czy wysokie )?

**Odp.** Zamawiający oczekuje zlewek wysokich.

**- poz. 82:** Czy zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie kolby ze szlifem 29/32 (w specyfikacji określona jest kolba z szeroką szyją?)

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

**- poz. 83:** Proszę o określenie czy ma być to kolba z szeroką szyją czy też z wąską ?

**Odp.** Zamawiający oczekuje kolby z szeroką szyją

**- poz.97:** Proszę o określenie czy ma być to kolba z szeroką szyją czy też z wąską ?

**Odp.** Zamawiający oczekuje kolby z wąską szyją

- **poz.99:** Proszę o określenie czy ma być to kolba z szeroką szyją czy też z wąską ?

**Odp.** Zamawiający oczekuje kolby ze szlifem 29/32

- **poz.116,117,118:** Proszę o podanie szlifu do kolby ?

**Odp.** Zamawiający oczekuje kolby ze szlifem 29 (standardowy)

- **poz. 227:** Proszę o podanie numeru katalogowego lub producenta ?

**Odp.** Zamawiający nie podaje numeru katalogowego lub producenta

**W imieniu Zamawiającego**

KANCLERZ

.....  
marcin szlachetny