

UNIwersYTET PRZYRODnicZY
w LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (48) 81-445-66-03, 81-445-60-73
fax 81-445-67-30
REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

Lublin, dn. 15.03.2018r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 39 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Część 34, waga precyzyjna.

1/ Czy Zamawiający dopuści następujące parametry?

Udźwig maksymalny – 5200g

Szalka – 175mmx195mm

Odp. Zamawiający dopuszcza ww. parametry.

2/ Czy Zamawiający dopuszcza w/w wadze brak legalizacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Legalizacja wagi jest wymagana.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

.....
mgr Grażyna Szymbczyk